

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ИНСТИТУТА У СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ
СРЕМСКА КАМЕНИЦА
БР.: 1125/5-1/1
ДАНА: 29.04.2018.год.

На основу чл. 63 став 3. Закона о јавним набавкама (Сл.гласник РС бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015), Захтева заинтересованог лица од 26.10.2018. год. код Наручиоца заведеног под бр. 1125/5-1 од 26.10.2018.год., а ради појашњења података из Конкурсне документације за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 48/2018 – Сервисирање опреме са испоруком и уградњом резервних делова у подстаници за кисеоник, медицинских гасова, вакуум и компресорској станици, Комисија за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 48/2018 објављује:

**ПОЈАШЊЕЊЕ ПОДАТАКА ИЗ КОНКУРСНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА
ЈНМВ 48/2018 – Сервисирање опреме са испоруком и уградњом резервних делова у
подстаници за кисеоник, медицинских гасова, вакуум и компресорској станици**

Заинтересовано лице је дана 26.10.2018.год. Комисији за ЈНМВ 48/2018 упутило следећа питања:

1. „Ову јавну набавку нисте обликовали по партијама, а у питању је набавка услуга сервисирања опреме три различита произвођача опреме: Drager, Boge и Busch те сте у додатним условима (Услов бр. 5 на страни број 7 тендерске документације) захтевали да је „понуђач ауторизовани сервис произвођача опреме или да поседује овлашћење ауторизованог сервиса (овлашћени сервис)“.
Истраживањем тржишта је утврђено да за опрему произвођача Busch и Boge постоје минимум по два овлашћена сервиса док за опрему произвођача Drager постоји само један. Оваквим условима фаворизујете само једну групу понуђача (или главног извођача са подизвођачима) у којој се налази овлашћени сервис опреме Drager.
Питање: У вези са горе наведеним обавештавамо вас да сте оваквим условима недвосмислено дискредитовали све остале потенцијалне понуђаче и тиме сте прекршили Закон о јавним набавкама РС, члан 10: „Наручилац је дужан да у поступку јавне набавке омогући што је могуће већу конкуренцију“.
Напомињемо да сте исту спецификацију и услове објављивали и претходних година (ЈНМВ 8-2016; ЈНМВ 16-2017) и подсећамо да вам се увек јављао смао један понуђач који је и побеђивао на тендеру (Drager tehnika d.o.o.). У циљу поштовања закона Републике Србије и опште транспарентности целог поступка предлажемо да предметну јавну набавку мале вредности поделите на три партије (по партија за сваког од три наведена произвођача) где би створили конкурентске услове за учешће што већег броја понуђача и добили најповољнију понуду. Овде бојазни апсолутно немате да ли је понуђач стручан или не, да ли има расположиве оригиналне делове или не јер у овом поступку могу учествовати само овлашћени сервиси и овлашћени сервисери чиме сте апсолутно заштићени да ћете добити стручну и потпуну услугу.“
2. „Предмет ове јавне набавке је набавка услуге сервисирања опреме три различита произвођача опреме: Drager, Boge и Busch. У додатним условима (Услов бр. 6 на страни број 7 тендерске документације) захтевали да понуђач има на располагању минимум два сертифицирана сервисера за вршење предметне услуге.

Питање 1: Да ли сте овде мислили да понуђач мора да има минимум два сертификована сервисера за сервисирање комплетно побројане опреме на страни 4 тендерске документације или по два за сваку врсту тј. произвођача опреме?

Питање 2: Сходно вашем одговору на питање број 1 следи следеће питање: Ако се мисли да понуђач мора да има по два сертификована сервисера за сервис опреме по једном произвођачу опреме, а позивајући се на члан 10. ЗЈН тражимо да се овај број сервисера промени и дозволи понуђачу да учествује у овој јавној набавци ако има минимум по једног сертификованог сервисера за сваку врсту опреме тј. произвођача? Овакве услове (мин један сервисер) постављају све највеће и најреферентније здравствене установе у Србији стварајући тиме што конкурентније услове за учешће ште већег броја понуђача и тиме добијање најповољније понуде тј. услуге.

Одговори комисије на питања су следећи:

1. Наручилац није у могућности да набавку конципира и обликује по партијама. У свакој од станица за које се расписује набавка је уграђена опрема различитих произвођача.
На пример. У станици Вакуума где су уграђене пумпе произвођача Busch се налази филтерска опрема Drager. У станици Компримованог ваздуха поред компресора Boge се налазе адсорпциони сушачи и редукционе групе поризвођача Drager.
Такође, сва аутоматика за вођење Компресорске станице и Вакуум станице је опрема Drager.
С тим у вези наручилац не би могао да обликује набавку у више партија.
Такође наручилац је дозволио да услове заједнички испуне групе понуђача.
Наручилац остаје при свом ставу.
2. Понуђач мора да има минимум два сертификована сервисера за сервисирање комплетно побројане опреме на страни број 4, Конкурсне документације.

Члан комисије за ЈНМВ 48/2018
Дејан Илин, дипл. инж. ел.

Председник комисије за
ЈНМВ 48/2018
Оливера Баљозовић- Здравковић дипл.ецц.